

平成30年度定期検査結果

検査方法	日数	延べ人員	検査戸数	検査個数	不合格個数	不合格率
集合場所検査	36	186	586	1,274	20	1.6%
所在場所検査	1	2	1	2	0	0.0%
持込検査	6	12	7	19	1	5.3%
合計	43	200	594	1,295	21	1.6%

特定計量器定期検査合格シール(見本)



中央の円で囲まれた数字は、検査を行った年の下1桁と月を表示しています。
(上のシールは、平成30年11月の検査に合格した「はかり」に貼られています。)