

令和5年度計量関係事業者立入検査結果

	延べ日数	延べ人員	検査戸数	不適正戸数	不適正率
届出製造事業者	1	2	1	1	100.0%
届出修理事業者	4	8	5	3	60.0%
計量証明事業者	3	6	5	1	20.0%
合 計	8	16	11	5	45.5%

規則や設備に届出事項との相違があったため、変更届を提出するよう指導を行った。