

仕 様 書

1 案件名

手術用顕微鏡及びナビゲーションシステム

2 メーカー名、構成等

入札に際しては、機器(1)及び機器(2)の見積数量の合計を見積金額として提示すること。

機器(1) 手術用顕微鏡

メーカー名	品名・型番	構成及び 要求水準	見積数量
カールツァイスメディック株式会社	・手術用顕微鏡 KINEVO 900 (フォルダブル4 K 3 D)	別紙「要求水準」のとおり	1 式
	(内訳) 術中血管観察モジュール(IR800)		
	術中腫瘍観察モジュール(BL400)		
	双眼側視鏡ユニット/可変鏡筒		
	医用UPS無停電電源装置		
	ワイヤレス・ワイヤードフットスイッチ		
	・手術顕微鏡用モニタシステム		1 式
	(内訳) 5 5 型 4 K 3 D 液晶モニター (LMD-XH550MT)		1
	L C Dプロテクター (5 5 型対応) (X-FLX-004)		1
	モニタースタンド 5 5 型 GCX (ITK-0016-06)		1
	Quad 3G-SDI to 12G-SDI コンバーター 12GM		1
	3 Dメガネ 1 0 P C S (パック3D Glass A-SET)		1
	3 Dメガネアイシールド (3D Glass B-SET)		1
	テーブルラック (支柱 : 青) H.880 (CSSA-608WB/TTS)		1
	LCDプロテクター-KINEVO用 (X-FLX-003)		1
	接続ケーブル一式 (4Kジョイントケーブル)		1
	・パフュージョン (CT)		1 式
	・パフュージョン (MRI)		1 式

機器(2) ナビゲーションシステム

メーカー名	品名・型番	構成及び 要求水準	見積数量
日本メドトロニック株式会社	Stealth Station S8 ベーシックセット EP	別紙「要求水準」のとおり	1 式
	(内訳) 9735665 StealthStation S8メインカート		1
	9735670 StealthStation S8カメラカート		1
	9735745 S8 StealthMergeソフトウェア		1
	9735740 Stealth S8 Spineソフトウェア		1
	9735736 StealthStation ENTソフトウェア		1
	9735743 Stealth 3D Cranialソフトウェア		1
	9735737 Stealth S8 Cranialソフトウェア		1
	9732566 ショートベッドレールアダプタ		1
	9734252 サポートアームⅡ		1
	9735521 S8 サイドマウントエミッター		1
	9735825 S8 EMインストゥルメントインターフェイス		1
	9735547 S8 エミッターブラケットサポート		1
	9735954 Stealth S8 Power Pack		1
	9736149 Zeiss KINEVO インターフェイスキット		1

	9736150 S8 Digital HUD Upgrade Kit	1
	9733449 EM ENTストレートサクシオン	2
	9734308 EM ショートストレートサクシオン	1
	管理用 タブレット型PC Windows office	1

※ その他構成に必要な備品を含む。

※ 搬入・設置及び調整等に係る費用を含む。

3 納期

令和6年3月29日

※実際の納入日については、事前に病院局職員（以下、「職員」という。）と協議すること。

4 納入場所

高松市立みんなの病院3階 手術室

5 契約に関する基本要件

- (1) 金額は上記仕様に基づく機器一式の費用に加えて、所轄官庁への申請に必要な書類、また、必要な設置工事及び撤去に要する一切の費用を含んだ合計金額を提示すること。仕様の変更は認めない。
- (2) 落札後、機器設置に際して一次側設備に変更・追加が必要な場合には、必要書類を速やかに提出するとともに、職員との連携を密にし、機器設置（導入）に係る必要事項について詳細な打ち合わせを行うこと。
- (3) 機器搬入に当たっては、その搬入経路の壁・床等必要な個所の養生等を施すこと。また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。
- (4) 機器据付時に壁貫通の周囲やその据付部と躯体との取り合いが生じる場合は、職員の指示のもと、病院建物に準じた仕上げとすること。
- (5) 搬入据付に際し、建物等に損害を与えた場合、又は汚した場合は、速やかに職員に報告し、自己の責任において原状復帰、清掃を行い、職員の確認を得ること。
- (6) 機器搬入及び据付けに当たっては、スケジュール表を事前に提出し、職員に承認を得るものとする。また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。
- (7) 取り付け及び付帯など二次側工事については、落札業者の負担とする。
- (8) 機器搬入及び据付工事に必要とする病院内での一般光熱水費は原則として病院側が負担するが、溶接ガス等特殊なものは落札業者の負担とする。
- (9) 機器の搬入、据付け、配線、調整及びトレーニングに係る費用は、すべて入札価格に含むものとする。
- (10) 機器の納品検収後、職員に対して仕様説明および訓練を実施し、稼働時にはその技術を習得できるよう十分な指導をすること。
- (11) 納入後においても一定期間は機器稼働時に技術者を派遣・立会いさせ、機器の稼働性能を確認するとともに、職員の使用操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、職員と協議すること。
- (12) 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

- (13) 職員への取扱説明の日程は、職員の指示に従い、誠意をもって対応すること。
- (14) 本調達物品に関するドキュメント（仕様書、システム構成図、配線系統図、問合せ連絡体制表等）、操作マニュアル及び障害時の復旧手順書は日本語版で2部以上提供すること。
- (15) 主要機器の無償保証期間は機器引渡し後1年とし、期間中に生じたトラブル等については十分把握し、速やかに完全な機能の状態にすること。なお、期間中は必要な点検を行うとともに、故障状況はその都度、職員に報告し承認を受けること。
- (16) その他、当仕様書に記載のない事項については、適宜職員との協議に応じること。