

質問及び回答書

質問日：令和7年4月3日

案件名	高規格救急自動車
-----	----------

No.	質問事項	回答
1	P10-VII-24 傷病者灯もLED対応でよろしいでしょうか。	問題ございません。
2	P11-VIII-1-(1)「傷病者室右側は上部にルーフサイド収納庫を2箇所以上設け」、P11-VIII-1-(2)「傷病者室左側上部にルーフサイド収納庫を前後2箇所以上設けること」とありますが、P17別表13の傷病者室上部ルーフサイド収納庫について「左右3箇所以上 1式」とあります。傷病者室右側上部と左側上部あわせて4箇所以上ということでもよろしかったでしょうか。	そのとおりです。仕様書を修正したものを掲載します。
3	P12-VIII-2「傷病者室内の指示する箇所に連結マニホールド2個付き加湿流量計を取り付けられる構造とし」とありますが、高度救命処置用資機材(高規格救急自動車用)の契約業者様に取り付けるということでもよろしかったでしょうか。	そのとおりです。
4	P13-IX-1-(1)「車載型消防救急デジタル無線装置(以下「無線機」という。)及び車両運用端末(以下「AVM」という。)を発注者が指示する位置へ新設又は移設すること。」とありますが、無線機及びAVMは移設でもよろしかったでしょうか。また、新設が必要な機材があれば教えてください。	旧車両からの移設を予定しておりますので、新設が必要な機材はございません。

5	<p>P14-IX-3-(2)「キャビン内ダッシュボード上の発注者の指定する位置に、GPSアンテナを設置すること。」、P14-IX-3-(3)「無線遠隔制御器付近に外部設定器を取り付けること。」とありますが、GPSアンテナと外部設定器は新設になりますか。</p>	<p>GPSアンテナは、新設でお願いします。外部設定器は移設とし、設置の場合は別途協議をお願いします。</p>
6	<p>P14-X-1「両側面にはバッテンバーグ・マーキングを施し、車両後部にはシェブロン・マーキングを施すこと。」とありますが、それぞれの貼り付け位置、面積などのイメージがあれば教えてください。</p>	<p>イメージ図は、別紙のとおりです。あくまでも、イメージ図ですので、別途協議をお願いします。</p>

別紙 (イメージ図)

