

### 令和6年度特定計量器定期検査結果

| 検査方法   | 日数 | 延べ人員 | 検査戸数 | 検査個数  | 不合格個数 | 不合格率 |
|--------|----|------|------|-------|-------|------|
| 集合場所検査 | 28 | 154  | 566  | 1,102 | 20    | 1.8% |
| 所在場所検査 | 0  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0.0% |
| 持込検査   | 5  | 10   | 6    | 6     | 0     | 0.0% |
| 合計     | 33 | 164  | 572  | 1,108 | 20    | 1.8% |

### 特定計量器定期検査合格シール(見本)



中央の円で囲まれた数字は検査を行った年で、右下の数字は月を表示しています。  
(上のシールは、令和7年10月の検査に合格した「はかり」に貼られています。)